



СЕРТИФИКАТ
О КАЛИБРОВКЕ
МЕРЫ ТВЁРДОСТИ РОКВЕЛЛА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 3136

ЗНАЧЕНИЕ ТВЁРДОСТИ: 91.1 HRBW

РАЗМАХ: 0.6 HRBW

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МЕРА ТВЁРДОСТИ ДОПУЩЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ.

ОТК: МАК

ДАТА КАЛИБРОВКИ: 16.12.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 24 МЕСЯЦА