

Производственное объединение «Точприбор»

Допущено в установленном
порядке для использования
в организациях заказчика



МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВЫЕ М Т В

П А С П О Р Т

Г 62.706 006 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры твердости образцовые МТВ, применяемые при поверке приборов для измерения твердости металлов по методу Виккерса, внесены в Государственный реестр за № 5933-77 и утверждены к выпуску в обращение в стране.

Изготовлены _____ числа _____ месяца _____ года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд мер твердости — 2-й.

Заводской номер	Значение твердости по ГОСТ 9031-75	Размах значений твердости в процентах не более	Действительное значение твердости мер
№ 1900	HV5 450 ± 75	3,0	HV5 452
№ 1810	HV10 800 ± 50	3,0	HV10 772
№ 2756	HV30 450 ± 75	2,0	HV30 445
№ 2562	HV100 450 ± 75	2,0	HV100 459

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит набор мер (по одной штуке каждого значения твердости), уложенных в футляр.

Примечание. Меры твердости, входящие в комплект приборов, поставляются без футляров.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

4.1. Меры твердости образцовые МТВ 2-го разряда соответствуют ГОСТ 9031-75 признакам годными к эксплуатации.

4.2. Меры твердости подвергнуты консервации согласно требованиям технической документации. Срок консервации не менее двух лет.

Дата выпуска

ОКТ 1986

Начальник ОТК

Контрольный мастер

Государственный
поверитель

А. Ю. Рязанский

198 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мер твердости требованиям ГОСТ 9031-75 в течение 24 месяцев с момента аттестации.

Изготовитель безвозмездно заменяет меры твердости, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технической характеристике.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ 9031-75.

Меры твердости, не использованные в течение двух лет, подлежат новой градуировке в органах Госстандарта.