



ВНИМАНИЕ!

Не следует прикасаться к механизму нагружения и осветителю при распаковывании упаковки № 2, т.к. небольшой нажим на механизм, легкий удар или сотрясение собьют центровку штока и выведут микротвердомер из рабочего состояния, а сдвиг осветителя приведет к разъюстировке микротвердомера.