

Производственное объединение «Точприбор»

*Допущено в установленном порядке для использования
в организациях заказчика*



МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВЫЕ

МТВ-1

П А С П О Р Т

Г62. 706. 006 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры твердости образцовые МТВ-1, применяемые при поверке приборов для измерения твердости металлов по методу Виккерса, внесены в Государственный реестр за № 2009-64 и утверждены к выпуску в обращение в стране.

Изготовлены числа 06 месяца 80 года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд мер твердости — 2-ой.

Заводской номер	Значение твердости по ГОСТ 9031-75	Допустимый разброс значений твердости, проценты	Действительное значение твердости мер
№ <u>1141</u>	HV5 450 ± 75	3,0	HV5 <u>429</u>
№ <u>1178</u>	HV30 450 ± 75	2,0	HV30 <u>431</u>
№ <u>1105</u>	HV100 450 ± 75	2,0	HV100 <u>466,6</u>

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит набор мер (по одной штуке каждого значения твердости), уложенных в пластмассовый футляр.

Примечание. Меры твердости, входящие в комплект приборов, поставляются без футляров.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

4.1 Меры твердости образцовые МТВ-1 2-го разряда соответствуют ГОСТ 9031-75 и признаны годными к эксплуатации.

4.2 Меры твердости подвергнуты консервации согласно требованиям технической документации. Срок консервации не менее двух лет.

Дата выпуска

Начальник ОТК Т.П.

Контрольный мастер Д.И.

Государственный поверитель В.И.С.

198 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мер твердости требованиям ГОСТ 9031-75 в течение 24 месяцев с момента аттестации.

Изготовитель безвозмездно заменяет меры твердости, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технической характеристике.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ 9031-75.

Меры твердости, не использованные в течение двух лет, подлежат новой градуировке в органах Госстандарта.