



СЕРТИФИКАТ
О КАЛИБРОВКЕ
МЕРЫ ТВЁРДОСТИ БРИНЕЛЛЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 2506

ЗНАЧЕНИЕ ТВЁРДОСТИ: 362 HB 10/3000/100

РАЗМАХ: 1.4%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МЕРА ТВЁРДОСТИ ДОПУЩЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ.

ОТК: МАК

ДАТА КАЛИБРОВКИ: 20.12.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 24 МЕСЯЦА