**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251062**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 6249

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00242673 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные Роквелла и Супер-Роквелла разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 61,8 в диапазоне от 60 до 70

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки:

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251062

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251063**

Действительно 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 8215

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517190 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 90.7 в диапазоне от 80 до 100

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2 * 2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251063

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251067**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 6215

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517188 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 82,0 в диапазоне от 80 до 86

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки:

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251067

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251065**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 4338

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517187 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 47,8 в диапазоне от 40 до 50

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки:

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251065

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251064**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 3445

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00518949 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 26,2 в диапазоне от 20 до 30

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2*2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251064

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | Другова | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251197**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 6213

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517188 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 93,3 в диапазоне от 80 до 100

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки:

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251197

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251068**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65
наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 8214

состав средства измерений -

поверено в полном объеме
наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517190 Меры твердости
регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р
наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная
перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа
при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 93,3 в диапазоне от 80 до 100
указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2 ж 2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251068

Начальник отдела — должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица — подпись — Правдин А.А. — фамилия, инициалы

Поверитель — подпись — Другова Т.И. — фамилия, инициалы

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251061**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 6239

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1Р.00242673 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные Роквелла и Супер-Роквелла разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 61,3 в диапазоне от 60 до 70

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2 ж 2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251061

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | Другова | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251066**

Действительно до 11 сентября 2024 г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65
наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 3457

состав средства измерений -

поверено в полном объеме
наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1Р.00518949 Меры твердости
регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р
наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная
перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа
при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 22,6 в диапазоне от 20 до 30
указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2 ж 2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251066

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУ «САМАРСКИЙ ЦСМ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

**№ С-БЯ/12-09-2022/185251060**

Действительно до 11 сентября г.

Средство измерений Меры твердости; МТР-1; 1054-65

наименование и обозначение типа средств измерений, модификация средства измерений (при наличии),

регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 4340

состав средства измерений -

поверено в полном объеме

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с инструкция 237-64

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

применяемые при поверке эталоны единиц величин: 46991.16.1P.00517187 Меры твердости

регистрационные номера применяемых при поверке эталонов и (или)

эталонные разряда 1Р

наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера (при отсутствии заводских или серийных номеров-буквенно-цифровое обозначение), обязательные требования к эталонам

перечень влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21,2 °С, относительная

перечень влияющих на метрологические характеристики средства измерений факторов,

влажность воздуха 50,7 %, атмосферное давление 100,5 кПа

при которых выполнялась поверка согласно требованиям, нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению в качестве эталона 2 разряда согласно Приказ № 3462 от 30.12.2019 «От 30 декабря 2019 года N 3462. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерен номинального значения 47,6 в диапазоне от 40 до 50

указывается соответствие обязательным требованиям к эталонам (с указанием наименований эталонов согласно государственным (локальным) поверочным схемам, методикам аттестации и методикам поверки и обозначения документов, их содержащих)

Знак поверки: 2 Ж 2 БЯ

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/185251060

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела | | Правдин А.А. |
| должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица | подпись | фамилия, инициалы |
| Поверитель | Другова | Другова Т.И. |
| | подпись | фамилия, инициалы |

Дата поверки
12 сентября 2022 г.