



Omega
Test Group

Центр Стандартизации и Метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП» (ООО «ОТГ»)
Сертификат СДС «МосТестСерт» № РОСС RU.32625.04-ИКЛ/09 соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017)

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ CALIBRATION CERTIFICATE

Номер сертификата	58-K01/26	Стр.	1	из	2
Certificate number		Page		of	

Дата калибровки	25.06.2026	Серийный номер	C726
Date when calibration		Serial number	

Объект калибровки	Молоток Шмидта В7-1000А
Item calibrated	

Заказчик	ООО «ТД ВОСТОК-7» ИНН 9729418755
Customer	Информация о Заказчике, адрес/ name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard
Динамометры электронные переносные, тип ДЭП, модификация ДЭП/6-1Д-10У-0,5, зав. № 089672, Штангенрейсмасы нониусные Micron 0-300 мм, ц.д. 0,05 мм, зав. № 10
наименование метода/идентификация/ name of the method/identification

Методика калибровки	МК 124.ОТГ-24
Calibration procedure	


Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Темп. окружающей среды 21,4°C, отн. влажность 50,5%, атм. давление 742 мм рт. ст.

Условия окружающей среды и другие влияющие факторы/
Environmental conditions and other influence parameters


Утв. подпись /
Authorizing signature

Галкина Анастасия Владимировна / Главный
метролог
ФИО и должность/ name and function

25.06.2026
Дата выдачи/
Date of issue

C 23300

Номер сертификата 58-K01/26
Certificate number
Серийный номер C726
Serial number

Стр. 2 из 2
Page of

Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty

ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ					B7-1000A
Определение энергии удара и ее отклонения от номинального значения для молотка модификации					
Точка перемещения	Показания штангенрейсмаса, мм	Показания динамометра, Н	Жесткость пружин, Н/м	Энергия удара, Дж	Отклонение энергии удара от номинального значения, Дж
Нажимная пружина				9,027	-0,773
L0	297,8	-	878,67		
Ln1	257,0	54,00			
Ln2	217,0	68,00			
Ln3	177,0	84,00			
Ln4	148,0	98,00			
Система пружин					
L0	297,8	-	1600,03		
Lc1	257,0	69,00			
Lc2	217,0	128,00			
Lc3	177,0	192,00			
Lc4	148,0	230,00			
Ударная пружина					
-	-	-	721,36		
Деформация пружин					
Xмин	308,0	-	-		
Xмакс	149,8				
Xмин = Xмин – Xмакс	158,2				
±Up, %, не более	2,0				

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата $k = 2$, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95% при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с "Руководством по выражению неопределенности измерений" (GUM).

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k = 2$ corresponding to a confidence interval of approximately 95% assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" (GUM).

Дополнительная информация

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 1 год

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration


Подпись / Signature

Смирнова Ирина Аверкиевна / Калибровщик
ФИО и должность/name and function

Калибровочное клеймо
Verification officer mark



25.06.2026

Дата выдачи/
Date of issue

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Тест Групп» (ООО «ОТГ») ИНН 5036178759;
Тел.: +7 (499) 302-01-37; Эл.почта: info@omega-tg.com

Данный документ может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания документа возможны только с письменного разрешения ООО «ОТГ».

C 23300