



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП» (ООО «ОТГ»)
Сертификат СДС «МосТестСерт» № РОСС RU.32625.04-ИКЛ/09 соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017)

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ
CALIBRATION CERTIFICATE

Номер сертификата 63-K01/26
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 25.06.2026
Date when calibration

Серийный номер C731
Serial number

Объект калибровки Молоток Шмидта В7-75А
Item calibrated

Заказчик ООО «ТД ВОСТОК-7» ИНН 9729418755
Customer Information о Заказчике, адрес/ name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard
Динамометры электронные переносные, тип ДЭП, модификация ДЭП/6-1Д-0,1У-0,5, зав. № 089671, Штангенрейсмасы нониусные Micron 0-300 мм, ц.д. 0,05 мм, зав. № 10
наименование метода/идентификация/ name of the method/identification

Методика калибровки МК 124.ОТГ-24
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Темп. окружающей среды 21,4°C, отн. влажность 50,5%, атм. давление 742 мм рт. ст.

*Условия окружающей среды и другие влияющие факторы/
Environmental conditions and other influence parameters*

*Утв. подпись /
Authorizing signature*

Галкина Анастасия Владимировна / Главный
метролог

ФИО и должность/ name and function

25.06.2026

*Дата выдачи/
Date of issue*

Номер сертификата 63-K01/26

Certificate number

Серийный номер C731

Serial number

Результаты калибровки, включая неопределенность

Calibration results including uncertainty

Стр. 2 из 2

Page of



ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ

Определение энергии удара и ее отклонения от номинального значения для молотка модификации

Точка перемещения	Показания штангенрейсмаса, мм	Показания динамометра, Н	Жесткость пружин, Н/м	Энергия удара, Дж	Отклонение энергии удара от номинального значения, Дж
Нажимная пружина				0,706	-0,029
L_0	203,4	-	618,96		
$L_{н1}$	183,0	17,50			
$L_{н2}$	163,0	24,10			
$L_{н3}$	143,0	31,18			
$L_{н4}$	123,0	40,62			
Система пружин					
L_0	203,4	-	839,16		
L_{c1}	183,0	20,80			
L_{c2}	163,0	32,56			
L_{c3}	143,0	45,60			
L_{c4}	123,0	62,40			
Ударная пружина					
-	-	-	220,20		
Деформация пружин					
$X_{мин}$	210,0	-	-		
$X_{макс}$	129,9				
$X_{мин} = X_{мин} - X_{макс}$	80,1				
$\pm U_p$, %, не более		2,0			

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата $k = 2$, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95% при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с "Руководством по выражению неопределенности измерений" (GUM).

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k = 2$ corresponding to a confidence interval of approximately 95% assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" (GUM).

Дополнительная информация

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 1 год


Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration

Подпись / Signature

Смирнова Ирина Аверкиевна / Калибровщик

ФИО и должность/name and function

Калибровочное клеймо
Verification officer mark

25.06.2026

Дата выдачи/
Date of issue

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Тест Групп» (ООО «ОТГ») ИНН 5036178759;

Тел.: +7 (499) 302-01-37; Эл. почта: info@omega-tg.com

Данный документ может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания документа возможны только с письменного разрешения ООО «ОТГ».

C 16253