

Производственное объединение «Точприбор»

Допущено в установленном
порядке для использования
в организациях заказчика



МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВЫЕ

М Т В

П А С П О Р Т

Г 62.706.006 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры твердости образцовые МТВ, применяемые при поверке приборов для измерения твердости металлов по методу Виккерса, внесены в Государственный реестр за № 5933-77 и утверждены к выпуску в обращение в стране.

Иготовлены _____ числа _____ месяца _____ года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд мер твердости — 2-й.

Заводской номер	Значение твердости по ГОСТ 9031-75	Размах значений твердости в процентах не более	Действительное значение твердости мер
№ 750	HV5 450±75	3,0	HV5 441,5
№ 464	HV10 800±50	3,0	HV10 773
№ 643	HV30 450±75	2,0	HV30 464
№ 846	HV100 450±75	2,0	HV100 482

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит набор мер (по одной штуке каждого значения твердости), уложенных в футляр.

Примечание. Меры твердости, входящие в комплект приборов, поставляются без футляров.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

4.1 Меры твердости образцовые МТВ-3 2-го разряда соответствуют ГОСТ 9031—75 и признаны годными к эксплуатации.

4.2 Меры твердости подвергнуты консервации согласно требованиям технической документации. Срок консервации не менее двух лет.

М. П.

Дата выпуска — 1992

Начальник ОТК

Контрольный мастер

М. П.

Государственный
поверитель

“ ” 199 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соблюдение мер твердости требованиям ГОСТ 9031—75 в течение 24 месяцев с момента аттестации.

Изготовитель безвозмездно заменяет меры твердости, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технической характеристике.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ 9031—75.

Меры твердости, не использованные в течение двух лет, подлежат новой градуировке в органах Госстандарта.