

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОЧПРИБОР»

Допущено в установленном
порядке для использования
в организациях заказчика

МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВЫЕ
МТВ-3

ПАСПОРТ
Г62.706.042 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры твердости образцовые МТВ-3, применяются при поверке приборов для измерения твердости металлов по методу Виккерса.

Изготовлены . . . числа . . . , месяца . . . , года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд мер твердости — 2-й

Заводской номер	Значение твердости по ГОСТ 9331—75	Размах значений твердости в процентах не более	Действительное значение твердости мер
№ 1922	HV 5 450 ± 75	2,0	HV 5 466
№ 959	HV 10 800 ± 50	2,0	HV 10 817
№ 1332	HV 30 450 ± 75	1,8	HV 30 432
№ 1523	HV 100 450 ± 75	1,8	HV 100 460

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит набор мер (по одной штуке каждого значения твердости), уложенных в футляр.

Примечание. Меры твердости, входящие в комплект приборов, поставляются без футляров.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

4.1. Меры твердости образцовые МТВ 2-го разряда соответствуют ГОСТ 9031-75 и признаны годными к эксплуатации.

4.2. Меры твердости подвергнуты консервации согласно требованиям технической документации. Срок консервации не менее двух лет.

Дата выпуска 00.04.1985

Начальник ОТК _____

Контрольный мастер _____

Государственный поверитель _____

198 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мер твердости требованиям ГОСТ 9031-75 в течение 24 месяцев с момента аттестации.

Изготовитель безвозмездно заменяет меры твердости, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технической характеристике.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ 9031-75.

Меры твердости, не использованные в течение двух лет, подлежат новой градуировке в органах Госстандарта.