

Производственное объединение «Точприбор»

Допущено в установленном
порядке для использования
в организациях заказчика



МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВЫЕ МТБ-1

ПАСПОРТ

Г62. 706. 018 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры твердости образцовые МТБ, применяемые при проверке приборов для измерения твердости металлов по методу Бринелля, внесены в Государственный реестр за № 5932-97 и утверждены к выпуску в обращение в стране.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд мер твердости МТБ — 2-й.

Заводской номер	Диаметр шарика (нагрузка), время выдержки	Значение твердости в единицах твердости НВ	Фактическое значение твердости в единицах твердости	Размах значений твердости в процентах не более
№ 43	10 (3000) 10	400±50	402	3,0

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит мера, уложенная в футляр.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

4.1. Меры твердости образцовые МТБ 2-го разряда соответствуют ГОСТ 9031.75 и признаны годными к эксплуатации.

4.2. Меры твердости подвергнуты консервации согласно требованиям технической документации. Срок консервации не менее двух лет.

М. П.

Дата выпуска

08. 04

Начальник ОТК

Контрольный мастер

ОТК 27

М. П.

Государственный
поверитель

Голубев

199

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие мер твердости требованиям ГОСТ 9031-75 в течение 24 месяцев с момента аттестации.

Поставщик безвозмездно заменяет меры твердости, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технической характеристике.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ 9031-75.

Меры твердости, не использованные в течение двух лет, подлежат новой градуировке в органах Госстандарта.