

Комплект гирь для микротвердомеров
ПМТ-3, ПМТ-3М и ПМТ-3М1 производства «ЛОМО», г. С-Петербург
ПАСПОРТ



1. Общие сведения.

Комплект гирь предназначен для использования в качестве нагрузки на алмазный наконечник в микротвердомера ПМТ-3, ПМТ-3М и ПМТ-3М1.

Гири класса точности М1 в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009.

2. Технические характеристики

Номинальное значение массы, г	Номинальное значение массы, Н
0,5	0,0049
1	0,0098
2	0,0196
5	0,049
10	0,098
20	0,196
50	0,49
100	0,98
200	1,96
500	4,9

Погрешность определения массы гирь составляет $\pm 0,1$ мг для гирь массой от 0,5 до 100 г и $\pm 0,01$ г – для гирь массой 200 и 500 г. Гири массой 200 и 500 г имеют подгоночную полость.

3. Комплектность

№	Гиря массой, г	Комплект гирь (11 шт.) для ПМТ-3	Комплект гирь (12 шт.) для ПМТ-3, ПМТ-3М и ПМТ-3М1	Комплект гирь (12 шт.) для ПМТ-3, ПМТ-3М и ПМТ-3М1 деревянный ящик
1	0,5	1 шт.		1 шт.
2	1	1 шт.		1 шт.
3	2	2 шт.		2 шт.
4	5	1 шт.		1 шт.
5	10	1 шт.		1 шт.
6	20	2 шт.		2 шт.
7	50	1 шт.		1 шт.
8	100	1 шт.		1 шт.
9	200	1 шт.		1 шт.
10	500	-		1 шт.
11	Футляр		1 шт.	
12	Паспорт		1 экз.	

4. Дата продажи

_____ Подпись сотрудника ОТК