

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

RA.RU.311320



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/22-06-2026/535924612


Действительно до 21 июня 2027 г.

Средство измерений	Вискозиметры проточные чашечные ВЗ, модификация ВЗ-FORD 1101/2, госреестр № 92069-24 <i>наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений</i>
заводской номер	40042D089 <i>заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение</i>
в составе	—
поверено	В полном объеме <i>наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки</i>
в соответствии с	МП 19-223-2023 <i>наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка</i>
с применением эталонов	Система видеоизмерительная NORGAU, модификация NVMP-5040CNCi, госреестр № 78908-20, № 0011957, 4 разряд; Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2М, госреестр № 65349-16, № 1940219, ; Термометр лабораторный электронный ЛТА/Б-Э, госреестр № 69551-17, № 873582, рабочий эталон; ГСО 8594-2004, СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-100), кинематическая вязкость при тем. (20,00±0,01) °С - 101,3 мм²/с, динамическая вязкость при тем. (20,00±0,01) °С - 88,05 мПа•с, 2 разряд; <i>регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам</i>
при следующих значениях влияющих факторов	атмосферное давление 99,51 кПа, температура окружающего воздуха 20,5 °С, относительная влажность воздуха 52,1 %, температура жидкости 20,02 °С <i>перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений</i>

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/535924612>

Поверитель Н. Ю. Петрова
фамилия и инициалы



Дата поверки 22 июня 2026 г.